



## FBI093

Les cales et positionneurs de la gamme MULTITASK TM sont destinés à améliorer le confort opératoire du patient lors d'interventions chirurgicales ou lors d'un séjour en réanimation. Ils trouvent également des applications en néonatalogie pour le positionnement, le calage des nouveaux nés. Les matelas équipent les couveuses et lits chauffants.

Ils jouent un rôle très important dans la prévention des escarres en égalisant les pressions, ils évitent les points d'appuis.

Ils conviennent également pour tout traitement hypo ou hyperthermique dans une plage de températures d'utilisation de  $60^{\circ}$  à  $+ 125^{\circ}\text{C}$ .

Ils sont transparents aux rayons X (avec une légère perte de contraste)

COMPOSITION : Ces produits sont fabriqués à base de polyuréthane (bi-composants) conforme à la Directive Reach en vigueur, leur assurant souplesse et élasticité (rhéologie entre 80 et 90)

Ils sont garantis sans latex.

L'enveloppe extérieure est composée d'un film en PU ether 75 microns étirable à 600% avec plage fusion à  $200^{\circ}$ .

CONFORMITE : Nos produits sont en conformité avec les plus importants standards internationaux ce qui leurs confèrent sûreté, efficacité et sécurité

Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe 1

Ils reçoivent le marquage CE au titre de la directive santé 93/42/CEE

Ils ont été déclarés en tant que tels et ont été enregistrés sous la référence : B1 01371-96.

Ils ont reçu par ailleurs un agrément FDA (USA) sous la référence 9681471

Le GS Zeichen sous Le n° 94-76 MG et Hilfsmittelnummer (caisse d'assurance maladie allemande)

N° 11.11.02.00.48

NETTOYAGE : Les produits de la gamme MULTITASK peuvent être décontaminés et lavés selon les procédés définis dans les bonnes pratiques de stérilisation (décontamination, lavage manuel ou machine, par trempage &hellip;)

STERILISATION : les produits de la gamme MULTITASK sont conçus pour une stérilisation en cycle ATNC ( $125^{\circ}\text{C}/18$ ) après avoir été conditionnés par les moyens habituels.

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Avant toute stérilisation à la vapeur, il convient de vérifier l'intégrité de l'enveloppe extérieure. Tout produit présentant une coupure de l'enveloppe extérieure (coupure ou piqure) devra être écarté de la charge à stériliser. En effet, les alternances de pressions et de dépression entraîneront la fuite du gel intérieur.

Un kit de réparation est disponible. Il convient néanmoins de noter qu'un produit réparé ne supportera plus le passage en stérilisateur et devra être décontaminé avec les produits habituellement utilisés par trempage.