



ERP835

*Permet de radio-protéger le médecin en partie basse «sous de table».*

*Se fixe par une planche en polycarbonate (radio-transparente) qui viens dessous le matelas et reviens à l'extrémité se décrocher.*

*La bavette supérieur se décroche afin de pouvoir glisser le patient du brancard à la table.*

*Polyvalent entre les salles.*

*Dimensions :*

*Volet plombé : 90 x 65 cm.*

*Equivalence plomb : 0,50 mm.*

*Bavette supérieur : 12 x65 cm.*